



Prefeitura Municipal de Colatina
Secretaria Municipal de Saúde

Da: Coordenação de Saúde Bucal

Para: Setor de Licitação

Colatina, 13 de Abril de 2022.

LAUDO DE CONFERÊNCIA DE AMOSTRAS

Pregão 0007/2022

PROCESSO Nº 014271/2021

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA	SITUAÇÃO	JUSTIFICATIVA
004	00048097	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL	3M	PRIME	APROVADO	
006	00051683	AGULHA GENGIVAL CURTA COM 100 UNIDADES	PROCARE	MAX MEDICAL	APROVADO	
007	00045744	AGULHA GENGIVAL LONGA COM 100 UNIDADES	PROCARE	MAX MEDICAL	APROVADO	
0010	0051060	ALGINATO TIPO II	ALGIGEL	DL DENTAL	APROVADO	
0012	00045746	ANESTÉSICO INJETÁVEL MEPIVACAÍNA 3% SEM VASO	DFL	DENTAL PRIME	APROVADO	
0014	00051075	ARCO DE OSTBY	MAQUIRA	DENTAL PRIME	APROVADO	
0029	00045750	BROCA ODONTOLÓGICA TUNGSTÊNIO MAXICUT		DL DENTAL	APROVADO	
0030	00045751	BROCA ODONTOLÓGICA TUNGSTÊNIO MINICUT		DL DENTAL	APROVADO	
0047	00045755	CERA ROSA Nº 7	LYSANDA	DL DENTAL	APROVADO	
0048	00051062	CERA UTILIDADE	LYSANDA	DL DENTAL	APROVADO	

0055	00045766	CLOREXIDINA 0,12% 250 ML	RIOHEX	SEMEAR	APPROVADO	
0059	00051662	CONDICIONADOR DENTAL A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO 37%	BIODINÂMICA	DENTAL PRIME	APPROVADO	
0060	00051046	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA R7	BOMA	PRIME	REPROVADO	NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
				NÃO HÁ		FRACASSADO
0061	00051047	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA R8	BOMA	PRIME	REPROVADO	NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
				NÃO HÁ		FRACASSADO
0062	00026790	CONE DE GUTA PERCHA 28MM F	DENTISPLY	DL DENTAL	APPROVADO	
0063	00024616	CONE DE GUTA PERCHA 28MM M	DENTISPLY	DL DENTAL	APPROVADO	
0064	00024619	CONE DE GUTA PERCHA 28MM MF	DENTISPLY	DL DENTAL	APPROVADO	
0065	00051797	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA 34MM M (EXTRA LONGO)	BOMA	PRIME	REPROVADO	NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES
			-	NÃO HÁ	-	FRACASSADO

0067	00048109	CONE DE GUTA PERCHA 28MM FM	DENTSPLY	DL DENTAL	APROVADO	
0089	00045774	ESCOVA DENTAL ADULTO		DL DENTAL	APROVADO	
0090	00045773	ESCOVA DENTAL INFANTIL		HOLY MED	APROVADO	
0095	00051072	ESPELHO BUCAL	IODONTOSUL	DENTAL PRIME	APROVADO	
			PROCARE	MAX MEDICAL	REPROVADO	O fio rompe-se com facilidade ao ser tracionado no momento da sutura dos procedimentos cirúrgicos
0100	00045780	FIO DE SUTURA 4.0	LABOR IMPORT	HOSPIDROGAS	REPROVADO	O fio rompe-se com facilidade ao ser tracionado no momento da sutura dos procedimentos cirúrgicos
			TEC NEW	DENTAL PRIME	REPROVADO	Empresa apresentou carta enviada pela fornecedora do Fio Tech New. Não tem disponibilidade do item para entrega.
0103	00051067	FIXADOR PARA RX ODONTOLÓGICO	CARESTREAN	NÃO HÁ	APROVADO	FRACASSADO
				HOLY MED	APROVADO	

0104	00051818	FLÚOR GEL ACIDULADO	IODONTOSUL	DENTAL PRIME	REPROVADO	O item não atende as especificações por ser muito espesso, não tem escoamento, sendo extremamente difícil a remoção do produto do frasco para a aplicação
			MAQUIRA	DL DENTAL	APPROVADO	
0127	00038339	LENÇOL DE BORRACHA	MADEITEX	DENTAL PRIME	APPROVADO	
0129	00055812	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA TAMANHO M	DESCARPACK	HOTT SILVA	APPROVADO	
0130	00055546	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA F1 25MM	DENTISPLY	DENTAL PRIME	APPROVADO	
0133	00055546	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA F2 25MM	DENTISPLY	DENTAL PRIME	APPROVADO	
0135	00045815	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA F3 25MM	DENTISPLY	DENTAL PRIME	APPROVADO	
0136	00055521	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA S1 25MM	DENTISPLY	DENTAL PRIME	APPROVADO	
0138	00055523	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA S3 25MM	DENTISPLY	DENTAL PRIME	APPROVADO	
0151	00055496	LIMA TIPO FLEXOFIL 1ª SÉRIE 25MM	MAILLEFER	DENTAL PRIME	APPROVADO	
0159	00045816	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7.5	NEW HAND	SEMEAR	APPROVADO	
0164	00045753	PAPEL CARBONO PARA REGISTRO DE		DL	APPROVADO	

		OCCLUSÃO					
0166	00050534	PASTA DE IMPRESSÃO ZINCO ENÓLICA	LYSANDA	DENTAL PRIME	APROVADO		
0185	00051069	RESINA COMPOSTA DE BAIXA VISCOSIDADE A1	FGM	DENTAL PRIME	APROVADO		
0187	00051863	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A1	3M	DENTAL PRIME	APROVADO		
0188	00054026	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2	3M	DENTAL PRIME	APROVADO		
0189	00051492	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3	3M	DL DENTAL	APROVADO		
0190	00051864	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5	3M	HOLLY MED	APROVADO		
0191	00051865	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1	3M	DENTAL PRIME	APROVADO		
0192	00051869	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2	3M	DENTAL PRIME	APROVADO		
0196	00045829	SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL	DENTISPLY	DL DENTAL	APROVADO		
0197	00054906	SERINGA CARPULE COM REFLUXO	GOLGRAN	DENTAL PRIME	APROVADO		
0210	00056113	TIRA DE LIXA COM ABRASIVO A BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO	MAQUIRA	DENTAL PRIME	APROVADO		
0211	00055503	TIRA DE LIXA DE AÇO	MAQUIRA	DENTAL PRIME	APROVADO		
0216	00056115	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% TUBETE DE CRISTAL	DFL	DENTAL PRIME	APROVADO		
0217	00056114	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TIPO RESPIRADOR	SUPER SAFETY	PRIME	APROVADO		

						(Branca)															
--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Att,



Roberta Rachid

Respondendo pela Coordenação de Saúde Bucal

